# 自動洗浄装置 仕様書

１．案　件　名

自動洗浄装置

２．品　名　等

下記メーカー・機種のいずれかを選定すること。

| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 自動洗浄装置 | 1式 |

| メーカー名（A） | 型番・規格 |
|---|---|
| サクラ精機株式会社 | HWD-360D |

又は

| メーカー名（B） | 型番・規格 |
|---|---|
| 株式会社エムエス | DS1000NOS |

| メーカー名（C） | 型番・規格 |
|---|---|
| シャープ株式会社 | MU-7500DE |

又は

| メーカー名（D） | 型番・規格 |
|---|---|
| 小川医理器株式会社 | Uniclean PLⅡ 15-2EL |

３．納入場所

熊本市立熊本市民病院　（熊本市東区東町４丁目１番６０号）

※詳細な納入場所については落札後発注者より指示する。

４．納入期限

令和9年（2027年）3月31日

※ 詳細については、落札後発注者と協議し決定する。

５．その他特記事項

5-1 調達物品を納入する業者は、以下の要件を満たすこと。

5-1-1　納入機器の故障等不具合の発生時は迅速な対応がとれる体制（概ね２時間以内に来院できること）であること。

5-1-2　納入後の取扱説明ができる体制であること。

5-1-3　納入される商品は機器故障時に部品供給・修理対応を円滑に行うことが出来る体制を整えていること。

5-1-4　緊急修理時におけるメンテナンスの専任者を選出すること。

5-1-5　落札から納入までの間に品目の仕様変更やモデルチェンジ及び製品の廃盤、生産終了となった場合は熊本市民病院（以下「当院」という。）と協議の上、当院が認める仕様にて引き渡すこと。

5-1-6　納品・設置にかかる費用およびパネル仕舞工事を含むこと。

5-1-7　当院保有のジェットウォッシャー超音波洗浄装置（シャープ社製 MU-7200D ： 1第）の撤去も行うこと。

5-2　調達物品の設置条件は、以下の要件を満たすこと。

5-2-1　施工管理については、以下のとおり対応すること。

5-2-1-1　納品にあたっては、当院職員と事前に綿密な打合せを行い、当院の業務に支障の出ないようにすること。

5-2-1-2　搬入時には床、壁、階段、エレベーター内部等搬入経路に確実な養生を行い、

5-3 調達物品設置後の対応は、以下の要件を満たすこと。

5-3-1　機器の試運転調整を行うこと。

5-3-2　引渡し前の機器清掃を行うこと。

5-3-3　日本語による取扱説明書を２部用意すること。また取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所で行うこと。

5-3-4　納品後１年間は通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

６．連絡先

熊本市病院局　事務局　財務課

担当：窪田・福田　電話：０９６-３６５-１７１１（内線３１４６）

# 自動洗浄装置 仕様書〈内訳〉

| 品名 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| ｻｸﾗ自動ｼﾞｪｯﾄ式超音波洗浄装置 | 1式 | ｻｸﾗ精機株式会社 | HWD-360D |
| （付属品） | | | |
| ﾌﾘｰﾗｯｸ5段 | 1台 | | |
| 専用台車 | 2台 | | |
| 洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ3系統 | 1式 | ｻｸﾗ精機株式会社 | |
| ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁXiﾎﾙﾀﾞ | 1個 | | HWD-DAX-1 |
| ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ金具 | 2個 | | HWD-ESH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 自動洗浄装置 仕様書〈内訳〉

| 品名 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ | 1式 | 株式会社ｴﾑｴｽ | |
| 〈機器構成内訳〉 | | | |
| ｽﾃｨｰﾙｺ ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱ、電気仕様 | 1台 | 株式会社ｴﾑｴｽ | DS1000NOS |
| 5段ﾗｯｸ | 1台 | | C100W |
| ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾄﾛﾘｰ | 2台 | | |
| ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｵｰﾄﾄﾞﾚｰﾝ付き | 1台 | | |
| Da Vinciﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ共通 洗浄・滅菌ﾄﾚｲ | 2個 | ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ合同会社 | 470094 |
| Da Vinciﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ共通 洗浄ｺﾈｸﾀ（機器2本用） | 3個 | | 470096 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 自動洗浄装置 仕様書〈内訳〉

| 品名 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ 超音波洗浄装置（電気仕様） | 1式 | ｼｬｰﾌﾟ株式会社 | MU-7500DE |
| 〈機器構成内訳〉 | | | |
| ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ 超音波洗浄装置（電気仕様） | 1台 | ｼｬｰﾌﾟ株式会社 | MU-7500DE |
| 器具用5段ﾗｯｸ | 1台 | | M758RK5S |
| ﾗｯｸ用台車 | 2台 | | M-75DS |
| ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁXi ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 1台 | | |

# 自動洗浄装置 仕様書〈内訳〉

| 品名 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| Uniclean 電気式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱ･ｼﾝｸﾞﾙ仕様、洗剤供給ﾗﾝｽ2系統、ﾗｯｸﾘﾀｰﾝ対応 | 1台 | 小川医理器株式会社 | PL Ⅱ15-2EL |
| 給水加温ﾀﾝｸ (ﾀﾝｸ2) | 1ﾕﾆｯﾄ | | 010508347 |
| UPL Ⅱ15用 洗剤追加ﾗﾝｽ (標準2系統) | 1本 | | 010109277 |
| UPL Ⅱ15用 運搬ｶｰﾄ (ﾄﾞﾚﾝ付) | 3台 | | 01019308 |
| UPL Ⅱ15用 5段ﾌﾚｯｸｽﾗｯｸ | 1台 | | 010508720 |
| UPL Ⅱ15用 da vinci Xi 2段ﾗｯｸ | 1台 | | 010548428 |
| UPL Ⅱ15用 da vinci Xi ｴﾝﾄﾞﾘｽﾄﾓｼﾞｭｰﾙ | 2台 | | 010548439 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |